



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

UNITÀ CENTRALE DI COORDINAMENTO PER IL PNRR
UFFICIO AREA ACQUISTI

**FORNITURA DI APPARECCHIO RADIOGRAFICO CON ARCO A C MOBILE (INTENSIFICATORE DI BRILLANZA)
PER LE ESIGENZE DELL'OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO (OVUD) DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE-MEDICO VETERINARIE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA.**

FAQ 1 al 11.10.2024

D1	con la presente siamo a chiedere informazioni relative alla capacità tecnica del prodotto indicato, nel dettaglio vorremmo meglio capire quali sono le esigenze nell'utilizzo della macchina richiesta. Inoltre, vorremmo avere conferma della potenza di almeno 25 KW indicata nel par. 3 - "caratteristiche generali".
R1	Le esigenze sono rivolte alla chirurgia ortopedica, attività di radiologia interventistica. Si conferma richiesta di potenza almeno di 25 kW.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Sara Benassi

Documento sottoscritto digitalmente