



OGGETTO: CIG: B42DCE7234 – CUP: D99J23001020007 – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, di valore inferiore ad € 140.000,00, della fornitura e posa in opera di arredi da laboratorio, attrezzature scientifiche e impianti di aspirazione dedicati per le esigenze di ricerca e Terza Missione del Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Innovazione dei Prodotti per la Salute BIOPHARMANET-TEC dell'Università degli Studi di Parma. Provvedimento di affidamento.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ACQUISTI

RICHIAMATA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 6-bis «Conflitto di interessi» ai sensi del quale «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

ACCERTATA l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 26 recante «Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione»;

RICHIAMATA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

VISTO l'art. 1, comma 449 della Legge n. 296 del 2006, come modificato, dall'art. 1, comma 495, della Legge n. 208 del 2015, che prevede che le istituzioni universitarie, tra le altre Amministrazioni, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall'art. 26 della Legge 488/1999 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 4 Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni in Legge n. 159 del 2019, che dispone che non si applicano alle Università statali le norme in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;

VERIFICATO che alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive convenzioni o accordi quadro aventi ad oggetto il lavoro, il servizio o il bene da acquisire né presso CONSIP né presso la centrale di committenza attiva nella Regione;

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità;

VISTO l'Allegato I.5 al Codice dei Contratti «Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi Tipo»;

CONSIDERATO che da alcune strutture dell'Università di Parma sono emerse nuove esigenze di acquisto, tra le quali alcune finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR e PNC, non previste e non prevedibili in sede di approvazione del Programma Triennale 2024-2026 sopra indicato;

RAVVISATA la necessità di intervenire sul Programma Triennale 2024-2026 già pubblicato al fine di aggiornarlo incrementandolo con le nuove esigenze di acquisto emerse dalle varie strutture e dai vari uffici e al fine di apportare le modifiche necessarie alle procedure ad evidenza pubblica non ancora avviate;

RICHIAMATA, ai fini di cui al punto precedente, la Delibera CDA/27-06-2024/286, con la quale è stato approvato e adottato, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023 e art. 7 dell'Allegato I.5 al Codice, l'aggiornamento e la modifica del "Programma triennale 2024-2026 degli acquisti di beni e servizi dell'Università di Parma" e relativo alle nuove esigenze di acquisto di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1 lettera b) del Codice nonché gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice già inseriti nel Programma Triennale 2024-2026, per i quali non sia stata ancora attivata la procedura ad evidenza pubblica e per i quali sia necessario apportare modifiche relativamente ai dati già pubblicati nel Programma Triennale 2024-2026;

VISTA la circolare relativa agli acquisti di Ateneo recante «Indirizzi operativi relativi all'istruttoria delle procedure di affidamento di contratti pubblici di valore stimato inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria», trasmessa ai Dipartimenti, ai Centri Universitari e alla Aree Dirigenziali in data 03/07/2023 protocollo n. 178738;

PRESO ATTO che l'acquisto in oggetto meglio identificato trova fondamento nel «Bando Regionale per l'ampliamento delle infrastrutture dei Tecnopoli della Regione Emilia-Romagna» approvato con D.G.R. n. 661/2023 e nella «PR-FESR 21-27 AZIONE 1.1.4 – Presa d'atto e concessione dei progetti di ampliamento dei Tecnopoli di Parma e di Reggio Emilia» approvato con D.G.R. n. 416/2024;

PREMESSO che, con nota prot. n. 228021 del 26/08/2024, è stata richiesta l'attivazione della procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto meglio specificata per esigenze di ricerca e Terza Missione del Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Innovazione dei Prodotti per la Salute BIOPHARMANET-TEC dell'Università degli Studi di Parma;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale Rep. n. 2291/2024 Prot. n. 214282 del 31/07/2024 avente ad oggetto la nomina, nella qualità di Responsabile Unico di Progetto (RUP), per la fase di affidamento ed esecuzione del contratto di appalto, del Dott. Francesco Gentile, funzionario afferente alla U.O.T. Acquisti servizi e forniture sottosoglia comunitaria – Ufficio Area Acquisti, in quanto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e delle competenze professionali adeguate all'espletamento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento in relazione ai compiti stabiliti dall'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e in luogo dell'Ing. Alessandro Bertani, Dirigente dell'Area Edilizia ed Infrastrutture dell'Università degli Studi di Parma, precedentemente designato nel già pubblicato "Programma triennale 2024-2026 degli acquisti di beni e servizi dell'Università di Parma" relativo alle esigenze di acquisto, per detto triennio, di forniture e servizi d'importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice, ovvero € 140.000,00;

PRESO ATTO che, per l'organizzazione della stazione appaltante, il RUP non afferisce alla struttura richiedente e che l'esecuzione del contratto sarà presidiata e gestita direttamente dal Centro

Interdipartimentale di Ricerca per l'Innovazione dei Prodotti per la Salute BIOPHARMANET-TEC, in qualità di struttura richiedente l'acquisto, nella persona del Prof. Ruggero Bettini, Docente del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (ALIFAR), coadiuvato dalla Dott.ssa Claudia Falavigna, funzionario tecnico afferente al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (ALIFAR), per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 114 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al medesimo decreto, in conformità a quanto disposto da Determina Dirigenziale Rep. n. 2420/2024 Prot. n. 228147 del 26/08/2024 avente ad oggetto la nomina del supporto tecnico al RUP;

PRESO ATTO della dichiarazione allegata al presente provvedimento, con cui il RUP attesta l'assenza di un conflitto di interessi in relazione alla procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria preliminare, si è ritenuto di procedere con la pubblicazione di un Avviso pubblico per la raccolta di preventivi finalizzata all'eventuale affidamento diretto ex art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 e predetto Avviso pubblico è stato pubblicato sul profilo della stazione appaltante, sull'Albo on line di Ateneo, sulla piattaforma MIT nazionale e regionale e sull'Albo Pretorio Online in data 10/09/2024 e sulla Gazzetta Aste e Appalti in data 12/09/2024, con scadenza del termine previsto prima per le ore 23:59 del 24/09/2024, poi, per effetto di proroga intervenuta in data 23/09/2024, per le ore 23:59 del 05/10/2024;

PRESO ATTO che nel suddetto termine risultano pervenuti n. 4 preventivi di spesa, prodotti dai seguenti operatori economici:

1. Carlo Erba Reagents S.r.l., con sede legale in Milano, in Piazza Erculea, n. 11, 20122 – C.F./P.IVA 01802940484;
2. LABOSYSTEM S.r.l., con sede legale in Rovellasca (MI), in Via Don Fasola, n. 4, 22069 – C.F./P.IVA 01250740139;
3. Waldner S.r.l., con sede legale in Biassono (MB), in Via Friuli, n. 7, 20853 – C.F. 00799220157 e P.IVA 00694200965;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso pubblico di raccolta preventivi, il Responsabile del Progetto può avvalersi di apposito supporto tecnico ai fini della valutazione dell'offerta pervenuta e che a tale fine assumono il ruolo di supporto tecnico al RUP Prof. Ruggero Bettini, Docente del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (ALIFAR), coadiuvato dalla Dott.ssa Claudia Falavigna, funzionario tecnico afferente al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (ALIFAR) dell'Università di Parma assumeranno la funzione di supporto al Responsabile Unico del Progetto nella valutazione dei preventivi di spesa;

PRESO ATTO del verbale del RUP Dott. Francesco Gentile e del supporto tecnico al RUP che dà conto della seduta di valutazione dei preventivi di spesa svoltasi nel giorno 11/10/2024 tramite piattaforma Microsoft Teams in cui è stato in cui il RUP ha ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) Legge n. 241/1990, formulare richieste di chiarimenti con riferimento all'offerta economica prodotta dall'operatore economico LABOSYSTEM S.r.l., chiedendo, in particolare, di meglio precisare gli aspetti di seguito illustrati:

- «Pos. 02 - Banco a parete con alzata di cappa, da mm 1500x750x900 (LxPxH): non è chiaro se, nell'offrire come elemento migliorativo una cappa di aspirazione, sia stato considerato il dimensionamento del condotto di aspirazione;
- Pos 10 - Armadio di sicurezza per acidi e basi: non è chiaro se l'armadio in offerta è suddiviso in due scomparti distinti per lo stoccaggio separato di acidi e basi; in caso contrario si chiede di proporre una adeguata soluzione tecnica per il confinamento fisico di sostanze non compatibili (es. acidi e basi);
- Pos 12 - Banco centrale con lavello, da mm 5250x1800x900 (LxPxH): nell'offerta tecnica presentata non è chiaro se sia presente la predisposizione per la lavastoviglie;
- Pos 13 - Banco centrale, da mm 4500x1800x900 (LxPxH): nell'offerta tecnica è riportata la descrizione "DIMENSIONI (mm): Lunghezza complessiva: 5250 Profondità complessiva: 900". Si chiede per quale motivo la dimensione L sia così differente da quella richiesta nell'Avviso (4500 mm) o se si tratta di un refuso. Dal disegno tecnico riportato sotto la descrizione non è possibile leggere bene il dettaglio delle misure;
- Pos 15 - Banco a parete, da mm 2100x750x900 (LxPxH): nell'offerta tecnica è riportata la descrizione "DIMENSIONI (mm): Lunghezza complessiva: 3000 Profondità complessiva: 900". Dal corrispondente disegno tecnico si evince però che la lunghezza complessiva sia di mm 2100, così come richiesto nell'Avviso. Si chiede di dare conferma di un refuso nella descrizione;
- Pos 15A - Impianto di aspirazione per braccio del banco Pos. 15: nella descrizione del riferimento 15-B dell'offerta tecnica è riportata la dicitura "IMPIANTO DI ASPIRAZIONE PER ARMADIO DI SICUREZZA LOCALE LABORATORIO 114", non attinente all'impianto di aspirazione richiesto per i bracci di aspirazione del banco Pos. 15. Si chiede di dare conferma di un refuso nella descrizione;
- Pos 16 - Sgabelli in poliuretano: nell'Avviso era stato esplicitato il poliuretano come materiale di costituzione degli sgabelli. Si chiede di confermare se gli sgabelli proposti nell'offerta sono effettivamente in materiale legno di faggio e di giustificare la sostituzione o chiarire se si tratta di un refuso»;

e considerando invariate tutte le condizioni tecniche ed economiche illustrate nel preventivo di spesa assunto al Protocollo di Ateneo n. 264919 del 04/10/2024;

PRESO ATTO che con comunicazione del 16/10/2024 (Rif. Prot. n. 273303) l'operatore economico LABOSYSTEM S.r.l. ha dato riscontro alla nota di richiesta chiarimenti del RUP (Rif. Prot. n. 270045 del 10/11/2024), dichiarando che:

«In seguito alla richiesta di chiarimenti ricevuta in data 14 ottobre 2024, con la presente siamo a precisare quanto a voi sottoposto in fase di preventivo:

- Pos. 2 – Confermiamo che, tenuto conto della misura esterna della cappa da chimica equivalente a 1500 mm, abbiamo ritenuto idonea la canalizzazione e la tipologia di elettroaspiratore;
- Pos. 10 – La linea Safetybox chimici, propone armadi certificati per lo stoccaggio di prodotti chimici, acidi e basi. Il modello da noi proposto alla posizione 10 può essere equipaggiato con opportuno kit di separazione dei prodotti senza variazione di prezzo;

- Pos. 12 – Confermiamo che il banco proposto alla posizione 12 è dotato di predisposizione per lavastoviglie, alleghiamo immagine con evidenziata dicitura. Risulta compresa anche la presa elettrica dedicata posta sotto il banco;
- Pos. 13 – confermiamo che le misure corrette del banco proposto alla posizione 13 sono 4500x1800x900 mm come da voi richieste. L'indicazione di 5250 mm è un refuso del precedente riferimento. Qui di seguito l'immagine che mostra le misure esatte della composizione da noi proposta;
- Pos. 15 – confermiamo che le misure corrette del banco proposto alla posizione 15 sono 2100x750x900 mm come da voi richieste. L'indicazione di 3000 mm è un refuso del precedente riferimento. Qui di seguito l'immagine che mostra le misure esatte della composizione da noi proposta;
- Pos. 15 A e 15 B – Confermiamo che il motore e la parte impiantistica proposti alle posizioni 15 A e 15 B, si riferiscono al braccetto di aspirazione del banco alla posizione 15;
- Pos. 16 – Confermiamo che gli sgabelli proposti alla posizione 16 possono essere forniti in poliuretano come da vostra richiesta senza variazione di prezzo»;

PRESO ATTO che, sulla base delle specificazioni di cui al riscontro alla nota di chiarimenti sopra richiamata, il RUP ha proceduto alla valutazione della documentazione pervenuta, proponendo di affidare la fornitura all'operatore economico LABOSYSTEM S.r.l., in quanto, a seguito di puntuale disamina del preventivo di spesa pervenuto, con riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione previsti nell'Avviso pubblico di raccolta preventivi richiamato in premessa, è stata ricostruita la seguente motivazione: *«l'operatore economico LABOSYSTEM S.r.l. ha proposto un'offerta tecnica pienamente conforme a quanto richiesto nell'Avviso, corredandola con una documentazione tecnica dettagliata ed esaustiva. L'OE ha riportato le proprie pregresse e documentate esperienze nell'esecuzione della fornitura richiesta (n. 3); ha proposto le migliori condizioni post-vendita in termini di estensione di garanzia di +24 mesi sui propri prodotti rispetto a quanto richiesto nell'Avviso, specificando che verranno programmate verifiche periodiche dopo 12 mesi dalla data di collaudo positivo; ha specificato la portata certificata dei propri banchi, con la possibilità di scegliere tra la soluzione C-frame (portata 200 Kg UD) e UR-frame (portata 500 Kg UD) senza variazioni di prezzo, fornendo così la massima modularità alla proposta tecnica stessa, la quale porterà alla massima capacità di adattamento alle esigenze dei laboratori che si intende attrezzare. Ha presentato una serie più che sufficiente di certificazioni ambientali e di prodotto in proprio possesso. Come soluzione tecnica migliorativa, ha sostituito il "Banco a parete con alzata di cappa, da mm 1500x750x900 (LxPxH)" richiesto alla posizione 02 con una cappa chimica completa autoportante, attrezzata e dotata di armadietti per lo stoccaggio di prodotti chimici, dimensionando adeguatamente l'impianto di aspirazione. Si considera tale proposta una miglioria ampiamente soddisfacente, in quanto una cappa di aspirazione rappresenta un Dispositivo di Protezione Collettiva molto più efficiente e sicuro per gli operatori di un semplice sistema in cui l'aspirazione viene realizzata tramite un'alzata di cappa. La sostituzione di un banco con alzata di cappa con una cappa aspirante completa, inoltre, consentirà nel lungo periodo di ampliare le attività e le lavorazioni del laboratorio. L'OE, infine, ha risposto in modo esaustivo e soddisfacente alle richieste di chiarimento inoltrate dall'Università di Parma su alcuni aspetti rilevati nell'offerta tecnica, rispettando le tempistiche previste per dare risposta. Le specifiche tecniche nell'offerta economica presentata dall'impresa LABOSYSTEM S.r.l. corrispondono alle indicazioni riportate nell'Avviso. L'operatore economico ha presentato un'offerta in linea con gli elementi di*

valutazione considerati, come da ricostruzione nella griglia sopra riportata. Si rileva inoltre che l'offerta presentata dall'impresa LABOSYSTEM S.r.l. risulta essere decisamente la più conveniente tra quelle presentate da tutti gli operatori economici interessati»;

PREMESSO che il Titolare dei Fondi Prof. Ruggero Bettini con **RdA n. 5765 del 07/11/2024**, parte integrante del presente provvedimento, ha richiesto la fornitura e posa in opera di arredi da laboratorio, attrezzature scientifiche e impianti di aspirazione (n. 1 banco angolare con lavello, da mm 3700x750x900 (LxPxH); n. 1 banco a parete con alzata di cappa, da mm 1500x750x900 (LxPxH); n. 1 impianto per aspirazione cappa banco Pos. 02; n. 1 banco a parete, da mm 3000x900x900 (LxPxH); n. 1 tavolo, da mm 1100x750x900 (LxPxH); n. 1 banco a parete con lavello, da mm 3000x900x900 (LxPxH); n. 1 tavolo da mm 1200x600x900 (LxPxH); n. 1 tavolo da mm 1500x600x900 (LxPxH); n. 2 sgabelli in faggio; n. 1 armadio di sicurezza per infiammabili/solventi; n. 1 impianto di aspirazione per armadio di sicurezza per infiammabili/solventi Pos. 09; n. 1 armadio di sicurezza per acidi e basi; n. 1 impianto di aspirazione per armadio di sicurezza per acidi e basi Pos. 10; n. 6 armadio contenitore, da mm 900x550x2090 (LxPxH); n. 2 banco centrale con lavello, da mm 5250x1800x900 (LxPxH); n. 2 : impianti di aspirazione per bracci dei banchi Pos. 12; n. 1 banco centrale, da mm 4500x1800x900 (LxPxH); n. 1 impianto di aspirazione per bracci del banco Pos. 13; n. 2 scrivania, da mm 1200x750x750 (LxPxH); n. 1 banco a parete, da mm 2100x750x900 (LxPxH); n. 1 impianto di aspirazione per braccio del banco Pos. 15; n. 7 sgabelli in poliuretano) con la seguente motivazione: «*si necessita dell'acquisto e posa di arredo tecnico e attrezzaggi (con relativa impiantistica) che verranno ubicati in tre laboratori, nell'intento di completare la struttura Tecnopolo (incompleta e non funzionale da più di dieci anni), rendendo i suddetti tre laboratori adatti alle esigenze del Centro BIOPHARMANET-TEC. Il completamento dei tre laboratori tramite l'affidamento in oggetto, inoltre, è propedeutico alla possibilità da parte del Centro di acquistare e installare attrezzature scientifiche indispensabili al perseguimento dei propri obiettivi di ricerca e Terza Missione*»;

DATO ATTO che l'importo massimo dell'affidamento sarà di € 120.244,25 (IVA 22% esclusa), comprendente:

1. fornitura e posa in opera di arredi da laboratorio, attrezzature scientifiche e impianti di aspirazione dedicati e comprensiva di:
 - Banco angolare con lavello, n. 1 quantità;
 - Banco a parete con alzata di cappa, n. 1 quantità;
 - Impianto per aspirazione cappa banco Pos. 02 n. 1 quantità;
 - Banco a parete, n. 1 quantità;
 - Tavolo, da mm 1100x750x900 (LxPxH) n. 1 quantità;
 - Banco a parete con lavello, da mm 3300x900x900 (LxPxH) n. 1 quantità;
 - Tavolo da mm 1200x600x900 (LxPxH) n. 1 quantità;
 - Tavolo da mm 1500x600x900 (LxPxH) n. 1 quantità;
 - Sgabelli in faggio n. 2 quantità;
 - Armadio di sicurezza per infiammabili/solventi n. 1 quantità;
 - Impianto di aspirazione per armadio di sicurezza per infiammabili/solventi Pos. 09 n. 1 quantità;
 - Armadio solventi n. 1 quantità;

- Impianto di aspirazione per armadio solventi n. 1 quantità;
 - Armadio contenitore, da mm 900x550x2090 (LxPxH) n. 6 quantità;
 - Banco centrale con lavello, n. 2 quantità;
 - Impianti di aspirazione per bracci n. 2 quantità;
 - Banco centrale, da mm 4500x1800x900 (LxPxH) n. 1 quantità;
 - Impianto di aspirazione per bracci del banco Pos. 13 n. 1 quantità;
 - Scrivania, da mm 1200x750x750 (LxPxH) n. 2 quantità;
 - Banco a parete, da mm 2100x750x900 (LxPxH) n. 1 quantità;
 - Impianto di aspirazione per braccio n. 1 quantità;
 - Sgabelli in poliuretano n°. 7 quantità;
 - Collaudi;
 - Allacciamenti, in prossimità dell'arredo tecnico come da capitolato;
 - Impianti elettrici, in prossimità dell'arredo tecnico come da capitolato;
 - Servizio di imballo;
2. costi della manodopera per un importo di € 9.500,00;
3. oneri della sicurezza (ove rilevanti);

DATO ATTO che il quadro economico dell'affidamento risulta essere il seguente:

A) Importo fornitura

A.1 fornitura e posa in opera di arredi da laboratorio, attrezzature scientifiche e impianti di aspirazione dedicati per le esigenze di ricerca e Terza Missione del Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Innovazione dei Prodotti per la Salute BIOPHARMANET-TEC dell'Università degli Studi di Parma, esecuzione di lavori di posa in opera e di installazione con carattere accessorio, servizi di trasporto, consegna e imballo, garanzia pari a n. 36 mesi e costi della manodopera inclusi

€ 120.244,25

A.2 Contributo ANAC stazione appaltante

€ 35,00

A.3 IVA 22% fornitura A.1

€ 26.453,74

TOTALE € 146.732,99

PRESO ATTO che l'affidamento è stato gestito tramite la Piattaforma telematica di Ateneo U-Buy Appalti e Contratti;

PRESO ATTO che l'importo complessivo del quadro economico sopra riportato pari ad € 146.732,99 (IVA 22% e costi amministrativi inclusi) graverà sul budget anno 2024 del Centro Interdipartimentale di Ricerca BIOPHARMANET-TEC – progetto SIFA_TECNOPOLO_PORFESR_GESTIONE_BIOPHARMANET-TEC – codice CUP D99J23001020007, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO l'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il quale prevede che per gli affidamenti diretti la stipula del contratto avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

ACQUISITA, in sede di offerta, la dichiarazione dell'operatore economico, sottoscritta il giorno 04/10/2024 (Rif. Prot. n. 264919) dal legale rappresentante dell'operatore economico LABOSYSTEM S.r.l., relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 D.lgs. n. 36 del 2023 e resa ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000;

RITENUTO di dover procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, al ricorrere dei presupposti di legge e previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria alla stipula, così come prevista e richiesta dalla documentazione di gara e dalla legislazione vigente in materia di contrattualistica pubblica e a cura della struttura richiedente;

CONSIDERATO che, su iniziativa dell'Ufficio Acquisti, è stato avviato il procedimento di verifica sull'operatore economico individuato, relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale di cui alla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica, ai sensi degli artt. 94-96 del D.lgs. n. 36/2023 e delle ulteriori disposizioni del D.P.R. 445 del 2000 e che, in base alle informazioni in possesso della stazione appaltante, al momento, non sussistono motivi ostativi all'affidamento e che lo stesso procedimento di verifica sarà concluso a seguito di acquisizione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) con conseguente attivazione del F.V.O.E. 2.0;

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha completato in data 03/02/2025 le verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023 con le modalità di cui all'art. 99, acquisendo tramite F.V.O.E. 2.0 – ANAC i certificati attestanti il possesso dei requisiti di carattere generale come di seguito elencati:

LABOSYSTEM S.r.l.:

- regolarità contributiva dell'operatore economico LABOSYSTEM S.r.l., attraverso DURC protocollo INAIL_4756708 del 29/01/2025, con scadenza validità il giorno 29/05/2025;
- annotazioni riservate ANAC;
- regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati;
- annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- visura camerale CCI/AA Como-Lecco;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 39, D.P.R. 14/11/2002 n. 313);
- n. 14 (quattordici) certificati del Casellario Giudiziale (art. 39, D.P.R. 14/11/2002 n. 313) facenti capo ad amministratore delegato, consiglieri e proprietà società;

TECNIPLAST S.p.A., con sede legale in Via Primo Maggio, n. 6, C.F./P.IVA 00211030127 – 21020 BUGUGGIATE (VA), titolare di quote di proprietà:

- regolarità contributiva dell'operatore economico TECNIPLAST S.p.A., attraverso DURC protocollo INPS_44361584 del 26/01/2025, con scadenza validità il giorno 26/05/2025;
- annotazioni riservate ANAC;

- regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati (Rif. Prot. n. 315516 del 17/12/2024);
- annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- visura camerale CCIAA Varese;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 39, D.P.R. 14/11/2002 n. 313);
- n. 7 (sette) certificati del Casellario Giudiziale (art. 39, D.P.R. 14/11/2002 n. 313) facenti capo ad amministratore delegato, consiglieri e proprietà società;

e che, per l'effetto, non sussistono - al momento - motivi ostativi all'affidamento;

VISTO l'art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale: «quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento»;

ACCERTATO che, sotto il profilo del rischio inferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3, del D. lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI, come comunicato in data 05/11/2024 dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Innovazione dei Prodotti per la Salute BIOPHARMANET-TEC richiedente l'acquisto, atteso che *«quando verranno installati gli arredi, il Centro interromperà le attività in corso e la fornitura richiede un numero di giornate lavorative inferiore a 5»*;

ACQUISITA la regolarità contributiva dell'operatore economico LABOSYSTEM S.r.l., attraverso DURC protocollo INAIL_45643268 del 01/10/2024, con scadenza validità il giorno 29/01/2025;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnica e amministrativa con riferimento alla procedura di affidamento sopra meglio specificata;

determina

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo:

1. di affidare, sulla base delle risultanze del verbale richiamato in premessa e ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, la *«fornitura e posa in opera di arredi da laboratorio, attrezzature scientifiche e impianti di aspirazione dedicati per le esigenze di ricerca e Terza Missione del Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Innovazione dei Prodotti per la Salute BIOPHARMANET-TEC dell'Università degli Studi di Parma»* all'operatore economico **LABOSYSTEM S.r.l., con sede legale in Via Don Fasola, n. 4, 22069 Rovellasca (MI) – C.F./P.IVA 01250740139, per un importo contrattuale massimo di € 120.244,25, oltre IVA al 22%;**
2. di imputare la spesa massima di **€ 146.732,99 (IVA 22% e costi amministrativi inclusi)** graverà sul budget anno 2024 del budget anno 2024 del Centro Interdipartimentale di Ricerca BIOPHARMANET-TEC – progetto SIFA_TECNOPOLO_PORFESR_GESTIONE_BIOPHARMANET-TEC – codice CUP D99J23001020007, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di autorizzare la stipula del contratto di appalto, avente durata annuale e nella forma di scrittura privata, con l'operatore economico **LABOSYSTEM S.r.l.**, previa acquisizione di tutta la documentazione richiesta dalla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica e dall'Avviso di raccolta preventivi sopra meglio specificato;
4. di confermare la nomina, quale Responsabile Unico di Progetto, per la fase di affidamento ed esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di arredi da laboratorio, attrezzature scientifiche e impianti di aspirazione dedicati per le esigenze di ricerca e Terza Missione del Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Innovazione dei Prodotti per la Salute BIOPHARMANET-TEC dell'Università degli Studi di Parma, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il Dott. Francesco Gentile, funzionario afferente alla U.O.T. Acquisti servizi e forniture sottosoglia comunitaria – Ufficio Acquisti, come da Determina Dirigenziale Rep. n. 2291/2024 Prot. n. 214282 del 31/07/2024;
5. di confermare la nomina, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), del Prof. Ruggero Bettini, Docente del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (ALIFAR), coadiuvato dalla Dott.ssa Claudia Falavigna, funzionario tecnico afferente al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco (ALIFAR), per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 114 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al medesimo decreto, come da Determina Dirigenziale Rep. n. 2420/2024 Prot. n. 228147 del 26/08/2024 avente ad oggetto la nomina del supporto tecnico al RUP;
6. di dare mandato all'Area Economico Finanziaria, U.O. Bilanci e Contabilità analitica per gli adempimenti di propria competenza;
7. di dare mandato al Dott. Francesco Gentile, funzionario afferente alla U.O.T. Acquisti servizi e forniture sottosoglia comunitaria – Ufficio Acquisti e Responsabile Unico di tale Progetto, di procedere con tutti i successivi adempimenti e di trasmettere il presente provvedimento al Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Innovazione dei Prodotti per la Salute BIOPHARMANET-TEC per il prosieguo di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA ACQUISTI

Dott. Antonio D'Alessandro

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale Area Acquisti	Il Dirigente Dott. Antonio D'Alessandro
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O.T. Acquisti forniture e servizi sottosoglia comunitaria	Dott. Francesco Gentile
Supporto all'istruttoria	U.O.T. Acquisti forniture e servizi sottosoglia comunitaria	Dott.ssa Alice Armagni